



metrokal
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

TEMPERATURA

Termómetro de líquido en Vidrio

Acreditación: ema T-145 | PJLA 74050

Alcance de Calibración (ema): -35 °C a 250 °C

Alcance de Calibración (PJLA): -25 °C a 420 °C

Método: Comparación directa

